

- Untuk master instruksi kerja sudah sesuai tetapi pas cetak sertifikat yg Bahasa inggrisnya gak sesuai instruksi kerja
- Hari senin kemarin pas kalibrasi dental unit. Gak sesuai dengan di Excel. setelah itu hasil download excelnya acak-acakan. Tidak sesuai dengan excel master

| Akurasi Tegangan Tabung | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Parameter | Setting Alat | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | Toleransi |
| Temperatur Ruangan (C) | Max Lux | 1000.2 | 1001.2 | 1000.2 | 1000.2 | 1000.2 | > 1000 Lux |
| Kelengkapan Ruangan(%) | Max mmHg | 100.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | > 100 mmHg |
| LUX | Max RPM | 5000.2 | 5000.3 | 5000.3 | 5000.3 | 5000.3 | > 5000 rpm |
| PRESSURE | Ketik Disini | Pengujian | Pengujian | Pengujian | Pengujian | Pengujian | |
| RPM | Ketik Disini | Pengujian | Pengujian | Pengujian | Pengujian | Pengujian | |

TELAH TEKNIS

- (*) Warning! Kosongan Jika Tidak Ada.
- Untuk surat tugas bagian nomor surat tugas hasil dari pdfnya bukan nomor PO. Kalau bisa free teks aja trus tidak bisa di edit

Data Surat Tugas

Show 10 entries

Search:

| # | Kode | Customer | Tanggal | Ditugaskan Ke | Aksi |
|---|----------------------|----------------------|------------|---|------|
| 1 | 0002/ST-DKH/V/2025 | RS Awal Bros A.Yani | 2025-05-21 | <input type="checkbox"/> Ade Riyanto | |
| 2 | 0001/ST-DKH/V/2025 | RS Sansani Pekanbaru | 2025-05-06 | <input type="checkbox"/> Ari Rahman <input type="checkbox"/> Tata Atma Tiora | |
| 3 | 0001/ST-DKH/III/2025 | RS Awal Bros A.Yani | 2025-03-10 | <input type="checkbox"/> Ari Rahman <input type="checkbox"/> M. Lutfi Rizq <input type="checkbox"/> Tata Atma Tiora <input type="checkbox"/> Vira Annisa Rosandi | |

Showing 1 to 3 of 3 entries



Berharapnya seperti dibawah ini bg

Digical | Add Surat Tugas

| | |
|--|--------------------------------------|
| Tujuan | Nomor |
| --Pilih-- | nomor |
| Tanggal Awal | Tanggal Akhir |
| 05/21/2025 | 05/21/2025 |
| Pelaksana | Aksi |
| --Pilih-- | <input type="button" value="Hapus"/> |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Kembali"/> <input type="button" value="Tambah"/> | |

Trus hasilnya seperti ini bg



PT. DIGITAL KALIBRASI HEBAT
Jalan Jendral Sudirman No. 50-52, Kampung Dalam - Senapelan
Kota Pekanbaru, Telp: 0761-8050003 / 0811-7605-052
e-mail: kalibrasi@digitalhebat.com
website: www.digitalkalibrasi.com

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-461-IDN

SURAT TUGAS
NOMOR : 0004/05/ST/DKH/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : dr. Gina Adiana, MARS, MHKes, FISQua
Jabatan : General Manager

Mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 001.144/SPK/PTDKH-RSABBOT/05.25 Dengan ini
menugaskan

Nama : DKH2022021 - Muhamad Lutfi Raiz - Teknisi
: DKH2022008 - Ari Rahman - Teknisi
: DKH2022025 - Tata Atma Tiara - Teknisi
: DKH2022024 - Vira Annisa Rosandi - Teknisi

Untuk melakukan "Kalibrasi Alat Kesehatan di RS Awal Bros Botania yang beralamat di Jl. Raja Ali Kelana, Desa/Kelurahan Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29464 , pada tanggal 14 Mei 2025 Sampai Dengan 22 Mei 2025" Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Mei 2025

dr. Gina Adiana, MARS, MHKes, FISQua
General Manager

4. Alat USG pas kalibrasi gak ada paramternya
5. Alat Syringe pump pas kalibrasi Error
6. Berharap LK master semua yg dikasih tidak error dan hasil download excel tidak acak acakan
7. **hasil download excel di DIS 2trus dipindahkan ke Gdrive. Rumusnya jadi error. Berharap rumus excel yg dipindahkan keg drive tidak Eror**